

Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny
im. prof. Adama Grucy CMKP
ul. Konarskiego 13
05-400 Otwock

Otwock, dnia 23.02.2017

Do Wykonawców

Dotyczy: postępowania przetargowego na "Dostawę endoprotez oraz innych implantów do magazynu szpitala

WYJAŚNIENIA SIWZ

Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku (Dz. U. 2015 r. poz. 2164 oraz z 2016 r. poz. 831) Prawo zamówień publicznych udziela następujących wyjaśnień treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia,

Pytanie nr 1

Pakiet nr 14

Czy Zamawiający dopuści możliwość oferowania płyt kłykciowych udowych blokowanych o długości od 138 do 263mm zamiast dł. od 125 do 377mm?

Odpowiedź:

Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 2

Czy Zamawiający mógłby doprecyzować, który termin umowy jest wiążący dla Pakietu 14: 12-mcy jak w formularzu cenowym czy 24 m-ce jak w rozdz. IV SIWZ?

Odpowiedź:

Termin obowiązywania umowy to 24 miesiące.

Zamawiający poprawił w formularzu cenowym omyłkę pisarską.

Pytanie nr 3

Czy Zamawiający mógłby doprecyzować, który wzór umowy obowiązuje dla Pakietu 14?

Odpowiedź:

Dla pakietu nr 14 obowiązuje załącznik nr 4a do siwz - wzór umowy.

z up. Dyrektora SPSK
Pełnomocnik ds. Zamówień
Publicznych i Jakości
Leszek Kliś