

Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny
im. prof. Adama Grucy CMKP
ul. Konarskiego 13
05-400 Otwock

Otwock, dnia 24.02.2017

Do Wykonawców

Dotyczy: postępowania przetargowego na "Dostawę endoprotez oraz innych implantów do magazynu szpitala" DZP/11/2017

WYJAŚNIENIA SIWZ

Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku (Dz. U. 2015 r. poz. 2164 oraz z 2016 r. poz. 831) Prawo zamówień publicznych udziela następujących wyjaśnień treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia,

Pytanie nr 1

Pakiet nr 9 Wkręty kostkowe i do kości łódkowatej

POZ. 2 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie Wkręt do kości łódkowatej fi 4,0 samogwintujący z przeskokiem, co 2 mm (20-30mm) oraz co 5 mm (30-50mm)

Odpowiedzi:

Nie, Zamawiający nie dopuszcza.

Dyrektor SPSK

Dr n. med. Mieczysław Błaszczuk