

Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny
im. prof. Adama Grucy CMKP
ul. Konarskiego 13
05-400 Otwock

Otwock, dnia 07.03.2017

Do Wykonawców

Dotyczy: DZP/26/2017

”Dostawa preparatów do mycia kaczek i basenów w urządzeniu GETINGE FD 1800 ”

WYJAŚNIENIA SIWZ

Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku (Dz. U. 2015 r. poz. 2164 oraz z 2016 r. poz. 831) Prawo zamówień publicznych udziela następujących wyjaśnień treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Pytanie nr 1

Czy Zamawiający dopuści do oceny środków o parametrach dozowania od 1,5 ml do 3,0 ml na 1 litr niezależnie od twardości wody. Wpłynie to na zmniejszenie zużycia środka, a tym samym na obniżenie kosztów eksploatacyjnych.

Odpowiedź:

Nie, Zamawiający nie dopuszcza. Zamawiający oczekuje dwóch oddzielnych preparatów myjącego i płuczącego. Wykonawca w zapytaniu nie opisuje, którego środka dozowanie dotyczy.

Pytanie nr 2

Czy Zamawiający dopuści do oceny środków o pH równym 3?

Odpowiedź:

Nie, Zamawiający nie dopuszcza. Zamawiający oczekuje preparatu o pH zasadowym tj. nie niższym niż 8.

Dyrektor SPSK
Dr n. med. Mieczysław Błaszczyk