

Do Wykonawców

Dotyczy: postępowania przetargowego na „Dostawa mebli oraz sprzętu ze stali nierdzewnej na sale operacyjne oraz sprzętu i wózków medycznych dla oddziałów w SPSK im. prof. Adama Grucy w Otwocku”

DZP/30/2017

WYJAŚNIENIA SIWZ

Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku (Dz. U. 2015 r. poz. 2164 oraz z 2016 r. poz. 831) Prawo zamówień publicznych udziela następujących wyjaśnień treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia,

Pytanie 1

Pakiet 4 poz. 1

Czy Zamawiający dopuści wózek wyposażony w pokrywę wykonaną z wytrzymałego tworzywa ABS w 8 kolorach do wyboru? Pokrywy z tworzywa są bardziej ciche od metalowych, a różne kolory ułatwiają sortowanie bielizny / odpadów.

Odpowiedź

Nie. Zamawiający nie dopuszcza wyposażonego w pokrywę wykonaną z wytrzymałego tworzywa ABS ze względu na używanie wózków na bloku operacyjnym.

Pytanie 2

Pakiet 4 poz. 1

Czy Zamawiający dopuści wózek o gł. 435 mm (485 mm mierzone w świetle)?

Odpowiedź:

Tak. Zamawiający dopuszcza wózek o głębokości 485 mm

Pytanie 3

Pakiet 4 poz. 1

Czy Zamawiający dopuści wózek o wys. 950 mm?

Odpowiedź.

Tak. Zamawiający dopuszcza wózek o wys. 950 mm.

Pytanie 4

Pakiet 4 poz. 3

Czy Zamawiający dopuści wózek o wymiarach zewn. 921x1363x721 mm (swg) i wewn. 695x1080x640 mm (swg) i odległości między półkami 332 mm? Jednostka wsadowa ma wys. 300 mm, nie ma więc potrzeby, aby odległości między półkami wynosiły min. 350 mm.

Odpowiedź

Ze względu na posiadane kontenery, ergonomię załadunku kontenerów i innych instrumentariów Zamawiający nie dopuszcza wózka o innych wymiarach wewnętrznych, a ze względu na ograniczone wymiary windy transportowej Zamawiający nie dopuszcza wózka o innych wymiarach zewnętrznych.

Pytanie 5

Pakiet 6 poz. 1, 2, 3

Czy Zamawiający dopuści regał o gł. 457 mm? Wymiar odbiega od podanych jedynie o 3 mm.

Odpowiedź

Tak, Zamawiający dopuszcza regał o gł. 457 mm.

Pytanie 6

Pakiet 6 poz. 1, 2, 3

Czy Zamawiający dopuści regał o wys. 1895 mm?

Odpowiedź

Tak, Zamawiający dopuszcza regał o wys. 1895 mm

Pytanie 7

Pakiet 6 poz. 1, 2, 3

Czy Zamawiający uzna warunek z punktu 9 za spełniony jeśli Wykonawca dostarczy certyfikat ISO?

Odpowiedź:

Nie, Zamawiający nie uzna certyfikatu ISO. Zamawiający wymaga świadectwa lub atestu PZH.

Pytanie 8

Dotyczy Pakietu 2

Czy Zamawiający w pozycji 2.3 dopuści wózek o szerokości 690 mm? Parametr ten tylko nieznacznie różni się od wymaganego.

Odpowiedź:

Tak, Zamawiający w pozycji 2.3 dopuszcza wózek o szerokości 690 mm.

Pytanie 9

Dotyczy Pakietu 2

Czy Zamawiający w pozycji 2.3 dopuści wózek o szerokości 690 mm? Parametr ten tylko nieznacznie różni się od wymaganego.

Odpowiedź

Tak, Zamawiający w pozycji 2.3 dopuszcza wózek o szerokości 690 mm.

Pytanie 10

Dotyczy Pakietu 2

Czy Zamawiający w pozycji 2.4 dopuści wózek o szerokości 690 mm? Parametr ten tylko nieznacznie różni się od wymaganego.

Odpowiedź

Tak, Zamawiający w pozycji 2.4 dopuszcza wózek o szerokości 690 mm

Pytanie 11

Dotyczy Pakietu 2

Czy Zamawiający w pozycji 2.5 dopuści wózek o szerokości 690 mm? Parametr ten tylko nieznacznie różni się od wymaganego.

Odpowiedź

Tak, Zamawiający w pozycji 2.5 dopuszcza wózek o szerokości 690 mm

Pytanie 12

Dotyczy Pakietu 4

Czy Zamawiający w pozycji 4.1 dopuści wózek na odpady i brudną bieliznę o głębokości 510 mm?

Odpowiedź

Tak, Zamawiający w pozycji 4.1 dopuszcza wózek na odpady i brudną bieliznę o głębokości 510 mm.

Pytanie 13

Dotyczy Pakietu 4

Czy Zamawiający w pozycji 4.3 dopuści wózek do przewozu materiałów sterylnych 6 STE o wymiarach 960x680x1240 mm i przestrzeni ładunkowej 703x603x900 mm?



Odpowiedź

Ze względu na posiadane kontenery, ergonomię załadunku kontenerów i innych instrumentariów Zamawiający nie dopuszcza wózka o innych wymiarach wewnętrznych, a ze względu na ograniczone wymiary windy transportowej Zamawiający nie dopuszcza wózka o innych wymiarach zewnętrznych.

Pytanie 14

Dotyczy Pakietu 5

Czy Zamawiający dopuści wieszak na fartuchy RTG zgodnie z poniższym rysunkiem?



Odpowiedź

Tak, Zamawiający dopuszcza wieszak na fartuchy zgodnie z powyższym rysunkiem.

Pytanie 15

PAKIET nr 1

Czy Zamawiający dopuści umywalkę z komorą posiadającą kołnierz blatowy?

Odpowiedź:

Nie. Zamawiający nie dopuszcza umywalki z komorą posiadającą kołnierz blatowy. Zamawiający wymaga umywalki w jednej płaszczyźnie z blatem.

Pytanie 16

PAKIET nr 3

Pozycja 3.6 – Taboret podnoszony hydraulicznie – szt. 8

Czy Zamawiający dopuści taboret podnoszony pneumatycznie za pomocą dźwigni nożowej?

Odpowiedź

Nie. Zamawiający nie dopuszcza taboretu podnoszonego pneumatycznie za pomocą dźwigni nożnej. Zamawiający wymaga hydraulicznej regulacji wysokości za pomocą dźwigni nożnej.

Pytanie 17

PAKIET nr 3

Pozycja 3.6 – Taboret podnoszony hydraulicznie – szt. 8

Czy Zamawiający dopuści taboret z zakresem regulacji 630- 830 mm i średnicy podstawy 610 mm, zapewniającej stabilność taboretu?

Odpowiedź

Nie. Zamawiający nie dopuszcza taboretu z zakresem regulacji wysokości 630- 830 mm. Zamawiający wymaga regulacji wysokości w zakresie od 490 mm do 630 mm.

Pytanie 18

PAKIET nr 3

Pozycja 3.6 – Taboret podnoszony hydraulicznie – szt. 8

Czy Zamawiający dopuści taboret nie będący wyrobem medycznym w rozumieniu ustawy, ale posiadający dopuszczenie do obrotu oraz wyprodukowany przez Producenta mebli medycznych posiadającego certyfikaty: Certyfikat producenta wyrobów medycznych PN-EN ISO 13485,

Odpowiedź

Nie. Zamawiający wymaga taboretu będącego wyrobem medycznym.

Pytanie 19

PAKIET nr 3

Pozycja 3.7 – Taboret z oparciem podnoszony hydraulicznie – szt. 5

Czy Zamawiający dopuści taboret podnoszony pneumatycznie za pomocą dźwigni nożowej?

Odpowiedź

Nie. Zamawiający nie dopuszcza taboretu podnoszonego pneumatycznie za pomocą dźwigni nożnej. Zamawiający wymaga hydraulicznej regulacji wysokości za pomocą dźwigni nożnej.

Pytanie 20

PAKIET nr 3

Pozycja 3.7 – Taboret z oparciem podnoszony hydraulicznie – szt. 5

Czy Zamawiający dopuści taboret z zakresem regulacji 630- 830 mm i średnicy podstawy 610 mm, zapewniającej stabilność taboretu?

Odpowiedź

Nie. Zamawiający nie dopuszcza taboretu z zakresem regulacji wysokości 630- 830 mm. Zamawiający wymaga regulacji wysokości w zakresie co najmniej od 490 mm do 630 mm.

Pytanie 21

PAKIET nr 3

Pozycja 3.7 – Tabelet z oparciem podnoszony hydraulicznie – szt. 5

Czy Zamawiający dopuści taboret nie będący wyrobem medycznym w rozumieniu ustawy, ale posiadający dopuszczenie do obrotu oraz wyprodukowany przez Producenta mebli medycznych posiadającego certyfikaty: Certyfikat producenta wyrobów medycznych PN-EN ISO 13485, Certyfikat PN-EN ISO 9001 -projektowanie, serwis, produkcja sprzętu medycznego?

Odpowiedź

Nie, Zamawiający wymaga taboretu będącego wyrobem medycznym.

Pytanie 22

PAKIET nr 4

Pozycja 4.1 – Wózek na odpady i brudną bieliznę – szt. 18

Czy Zamawiający dopuści wózek głębokości 505 mm? Pozostałe parametry zgodnie z SIWZ.

Odpowiedź:

Nie, Zamawiający nie dopuszcza wózka o głębokości 505 mm.

Pytanie 23

PAKIET nr 4

Pozycja 4.1 – Wózek na odpady i brudną bieliznę – szt. 18

Czy Zamawiający wymaga wózka ze spowalniczem cichego opadania pokrywy?

Odpowiedź

Nie, Zamawiający nie wymaga wózka ze spowalniczem cichego opadania pokrywy, ale dopuszcza takie rozwiązanie.

Pytanie 24

PAKIET nr 7

Pozycja 7.1 – Wózek do iniekcji – szt. 4

Czy Zamawiający dopuści wózek o następujących wymiarach:

Wymiary bez osprzętu: 805x430 mm.

Wymiary wew. tacy/blatu: 610x358mm.

Pozostałe parametry zgodnie z SIWZ.

Poniżej proponowane rozwiązanie.



Zdjęcie poglądowe

Odpowiedź

Nie, Zamawiający nie dopuszcza wózka o wymiarach:

Wymiary bez osprzętu: 805x430 mm.

Wymiary wew. tacy/blatu: 610x358mm.

Pytanie 25

Pakiet nr 7

Pozycja 7.2 – Wózek do rozwożenia leków – szt. 3

Czy Zamawiający dopuści wózek z 2 blatami (4 tace) z przegródkami (po2 tace z przegródkami z tworzywa na każdy poziom). Wymiary całkowite: 660x425x890 mm.

Odpowiedź

Nie, Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie 26

PAKIET nr 7

Pozycja 7.3 – Wózek zabiegowy/opatrunkowy– szt. 3

Czy Zamawiający dopuści wózek o następujących wymiarach:

Wymiary bez osprzętu: 805x430 mm.

Wymiary wew. tacy/blatu: 610x358mm.

Pozostałe parametry zgodnie z SIWZ.

Poniżej proponowane rozwiązanie.



Odpowiedź

Nie, Zamawiający nie dopuszcza wózka o wymiarach;

Wymiary bez osprzętu: 805x430 mm.

Wymiary wew. tacy/blatu: 610x358mm.

Powyższe wyjaśnienia modyfikują treść siwz w przedmiotowym zakresie.

Dyrektor SPSK

Dr n. med. Mieczysław Błaszczuk