

PROTOKÓŁ Z PREZENTACJI SYSTEMU TRANSMISJI

Data prezentacji _____

Godzina rozpoczęcia _____

Godzina zakończenia _____

Wykonawca _____

Osoby reprezentujące Wykonawcę

Wymagania, które zostaną zweryfikowane podczas prezentacji

L.P.	Parametr	Spełnienie wymogu TAK/NIE
Prezentacja funkcjonalności wymaganych*		
1.	Transmisja obrazu z kamery w lampie operacyjnej	
2.	Sterowanie z sali operacyjnej kamerą w lampie operacyjnej - Obrót obrazu - Powiększenie/Pomniejszenie (Zoom) - Ostrość regulacja automatyczna i regulacja ręczna	
3.	Sterowanie z sali wykładowej kamerą w lampie operacyjnej - Obrót obrazu - Powiększenie/Pomniejszenie (Zoom) - Ostrość regulacja automatyczna i regulacja ręczna	
4.	Transmisja obrazu z kamery PTZ	
5.	Sterowanie z sali operacyjnej kamerą PTZ - Ruch kamery lewo prawo - Ruch kamery gór dół - Powiększenie/Pomniejszenie (Zoom) - Ostrość regulacja automatyczna i regulacja ręczna	
6.	Sterowanie z sali wykładowej kamerą PTZ - Ruch kamery lewo prawo - Ruch kamery gór dół - Powiększenie/Pomniejszenie (Zoom) - Ostrość regulacja automatyczna i regulacja ręczna	
7.	Transmisja dźwięku z sali op. na salę wykładową	
8.	Transmisja dźwięku z sali wykładowej na salę operacyjną	
9.	Sterowanie lampą z sali wykładowej - włączenie i wyłączenie lampy, - regulację natężenia światła głównego,	
10.	Prezentacja obrazu w obrazie (PIP)	
11.	Zapis sekwencji obrazów lub pojedynczych klatek na lokalnym dysku komputera lub zapis sekwencji obrazów lub pojedynczych klatek z poziomu sali wykładowej na dysku jednostki centralnej.	

12.	Zapisywanie i przywoływanie nastaw (presetów) własnych użytkownika	
13.	Montaż / demontaż kamery w lampie wykonywany przez Użytkownika bez konieczności używania narzędzi	
14.	Wymiana karty we/wy	
15.	Rekonfiguracja karty	
16.	Prezentacja obrazu na ekranie podglądowym do instalacji na sali op	
17.	Panel sterujący do sterowania kamerami z sali operacyjnej lub oprogramowanie pozwalające na wykorzystania monitora podglądowego jako panelu sterującego	
18.	Jednostka główna zamknięta w zwartej dedykowanej obudowie (zamawiający nie dopuszcza wykorzystania jako obudowy systemu szafy typu RACK)	
19.	Wykaz elementów/urządzeń i oprogramowania będących przedmiotem prezentacji	
Prezentacja funkcjonalności ocenianych**		
20.	Kompatybilność rękojeści standardowych uchwytu centralnego do pozycjonowania czasz z posiadanymi przez szpital (Lampy Berhtold)	Tak/Nie
21.	Funkcja obniżania natężenia światła do około 5-10% natężenia maksymalnego, dająca lekką poświatę do operacji laparoskopowych czy endoskopowych.	Tak/Nie

***Nie zaprezentowanie funkcjonalności wymaganej, jej brak lub nie działanie skutkuje odrzuceniem oferty.**

****Funkcjonalność podlega prezentacji jeżeli została zadeklarowana w tabeli parametrów ocenianych. Nie zaprezentowanie zadeklarowanej funkcjonalności skutkuje przyznaniem 0 pkt.**