

ARKUSZ OCENY

Rękawiczki medyczne diagnostyczne (dotyczy pakietu: 1, 2, 3)

Oferta nr _____

Pkt	Parametr	Skala ocen	Ocena	Uwagi
Pakiet nr 1, poz. 1 - Rękawiczki diagnostyczne lateksowe pudrowane				
1	Wytrzymałość i elastyczność (odporność na rozerwania podczas nakładania)	1 pkt. – na 10 par testowanych rękawic dwie lub więcej rękawic uległy rozerwaniu 3 pkt. – na 10 par testowanych rękawic jedna rękawica uległa rozerwaniu 5 pkt – na 10 par testowanych rękawic żadna nie uległa rozerwaniu		
2	Łatwość nakładania	1 pkt – występują trudności przy nakładaniu rękawiczek 5 pkt.– rękawiczki łatwo się nakładają		
Pakiet nr 1, poz. 2 - Rękawiczki diagnostyczne lateksowe bezpudrowe				
1	Wytrzymałość i elastyczność (odporność na rozerwania podczas nakładania)	1 pkt. – na 10 par testowanych rękawic dwie lub więcej rękawic uległy rozerwaniu 3 pkt. – na 10 par testowanych rękawic jedna rękawica uległa rozerwaniu 5 pkt – na 10 par testowanych rękawic żadna nie uległa rozerwaniu		
2	Łatwość nakładania	1 pkt – występują trudności przy nakładaniu rękawiczek 5 pkt.– rękawiczki łatwo się nakładają		
Pakiet nr 2 - Rękawiczki diagnostyczne z winylu typu stretch				
1	Wytrzymałość i elastyczność (odporność na rozerwania podczas nakładania)	1 pkt. – na 10 par testowanych rękawic dwie lub więcej rękawic uległy rozerwaniu 3 pkt. – na 10 par testowanych rękawic jedna rękawica uległa rozerwaniu 5 pkt – na 10 par testowanych rękawic żadna nie uległa rozerwaniu		
2	Łatwość nakładania	1 pkt – występują trudności przy nakładaniu rękawiczek 5 pkt.– rękawiczki łatwo się nakładają		
Pakiet nr 3 - Rękawiczki diagnostyczne z nitylu bezpudrowe				
1	Wytrzymałość i elastyczność (odporność na rozerwania podczas nakładania)	1 pkt. – na 10 par testowanych rękawic dwie lub więcej rękawic uległy rozerwaniu 3 pkt. – na 10 par testowanych rękawic jedna rękawica uległa rozerwaniu 5 pkt – na 10 par testowanych rękawic żadna nie uległa rozerwaniu		
2	Łatwość nakładania	1 pkt – występują trudności przy nakładaniu rękawiczek 5 pkt.– rękawiczki łatwo się nakładają		

Oceny dokonał: _____

imię i nazwisko, data, podpis

Stanowisko: _____

Oddział _____

Instrukcja oceny technicznej

Każda z osób oceniających produkt otrzyma po 10 par w jednym rozmiarze rękawic tego samego rodzaju z poszczególnych ofert, aby mogła dokonać oceny porównawczej wszystkich ofert.

Każda pozycja będzie testowana przez czterech pracowników SPSK

Ze wszystkich ocen zostanie obliczona średnia

Punkt 1 Ocena 1 /3 /5

- 1 pkt. – na 10 par testowanych rękawic dwie lub więcej rękawic uległy rozerwaniu
- 3 pkt. – na 10 par testowanych rękawic jedna rękawica uległa rozerwaniu
- 5 pkt – na 10 par testowanych rękawic żadna nie uległa rozerwaniu

Punkt 2 Ocena 1/5

- 1 pkt – występują trudności przy nakładaniu rękawiczek
- 5 pkt.– rękawiczki łatwo się nakładają

ARKUSZ OCENY

Rękawiczki chirurgiczne (pakiety nr 5,6,7)

Oferta nr _____

Pkt	Parametr	Skala ocen	Ocena	Uwagi
Pakiet nr 5 – Rękawiczki chirurgiczne sterylne				
1	Ocena odczynowości (alergizacji) podczas stosowania	1 pkt. – na 5 par testowanych rękawic dwie lub więcej rękawic dają łagodny odczyn alergiczny 3 pkt. – na 5 par testowanych rękawic jedna rękawica daje łagodny odczyn alergiczny 5 pkt. – na 5 testowanych rękawic brak odczynów alergicznych		
2	Wytrzymałość i elastyczność (odporność na rozerwania podczas nakładania)	1 pkt. – na 5 par testowanych rękawic dwie lub więcej rękawic uległy rozerwaniu 3 pkt. – na 5 par testowanych rękawic jedna rękawica uległa rozerwaniu 5 pkt – na 5 par testowanych rękawic żadna nie uległa rozerwaniu		
3	Łatwość nakładania	1 pkt – występują trudności przy nakładaniu rękawiczek 5 pkt.– rękawiczki łatwo się nakładają		
Pakiet nr 6 – Rękawiczki chirurgiczne bezlateksowe				
1	Ocena odczynowości (alergizacji) podczas stosowania	1 pkt. – na 5 par testowanych rękawic dwie lub więcej rękawic dają łagodny odczyn alergiczny 3 pkt. – na 5 par testowanych rękawic jedna rękawica daje łagodny odczyn alergiczny 5 pkt. – na 5 testowanych rękawic brak odczynów alergicznych		
2	Wytrzymałość i elastyczność (odporność na rozerwania podczas nakładania)	1 pkt. – na 5 par testowanych rękawic dwie lub więcej rękawic uległy rozerwaniu 3 pkt. – na 5 par testowanych rękawic jedna rękawica uległa rozerwaniu 5 pkt – na 5 par testowanych rękawic żadna nie uległa rozerwaniu		
3	Łatwość nakładania	1 pkt – występują trudności przy nakładaniu rękawiczek 5 pkt.– rękawiczki łatwo się nakładają		
Pakiet nr 7 – Rękawiczki chirurgiczne do zabiegów o podwyższonym ryzyku				
1	Ocena odczynowości (alergizacji) podczas stosowania	1 pkt. – na 5 par testowanych rękawic dwie lub więcej rękawic dają łagodny odczyn alergiczny 3 pkt. – na 5 par testowanych rękawic jedna rękawica daje łagodny odczyn alergiczny 5 pkt. – na 5 testowanych rękawic brak odczynów alergicznych		
2	Wytrzymałość i elastyczność (odporność na rozerwania podczas nakładania)	1 pkt. – na 5 par testowanych rękawic dwie lub więcej rękawic uległy rozerwaniu 3 pkt. – na 5 par testowanych rękawic jedna rękawica uległa rozerwaniu 5 pkt – na 5 par testowanych rękawic żadna nie uległa rozerwaniu		
3	Łatwość nakładania	1 pkt – występują trudności przy nakładaniu rękawiczek 5 pkt.– rękawiczki łatwo się nakładają		

Oceny dokonał: _____

imię i nazwisko, data, podpis

Stanowisko: _____

Oddział _____

Instrukcja oceny technicznej

Każda z osób oceniających produkt otrzyma po 5 par w jednym rozmiarze rękawic tego samego rodzaju z poszczególnych ofert, aby mogła dokonać oceny porównawczej wszystkich ofert.

Każda pozycja będzie testowana przez czterech pracowników SPSK

Ze wszystkich ocen zostanie obliczona średnia

Punkt 1 - Ocena 1 /3 /5

- 1 pkt. – na 5 par testowanych rękawic dwie lub więcej rękawic dają łagodny odczyn alergiczny
- 3 pkt. – na 5 par testowanych rękawic jedna rękawica daje łagodny odczyn alergiczny
- 5 pkt. – na 5 testowanych rękawic brak odczynów alergicznych

Punkt - 2 Ocena 1 /3 /5

- 1 pkt. – na 5 par testowanych rękawic dwie lub więcej rękawic uległy rozerwaniu
- 3 pkt. – na 5 par testowanych rękawic jedna rękawica uległa rozerwaniu
- 5 pkt – na 5 par testowanych rękawic żadna nie uległa rozerwaniu

Punkt 3 - Ocena 1/5

- 1 pkt – występują trudności przy nakładaniu rękawiczek
- 5 pkt.– rękawiczki łatwo się nakładają