

Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny
im. prof. Adama Grucy CMKP
ul. Konarskiego 13
05-400 Otwock

Otwock, dnia 06.07.2017

Do Wykonawców

Dotyczy: postępowania przetargowego na " Dostawę odczynników do oznaczania morfologii krwi wraz z najmem analizatora przez okres 48 miesięcy" DZP/71/2017

WYJAŚNIENIA SIWZ

Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku (Dz. U. 2015 r. poz. 2164 oraz z 2016 r. poz. 831) Prawo zamówień publicznych udziela następujących wyjaśnień treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia,

Pytanie nr 1

Załącznik nr 5 – Specyfikacja techniczna analizatora, poz. 5:

Czy Zamawiający dopuści analizator o wydajności \geq min. 43 oznaczenia na godzinę w trybie z podajnikiem?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza analizator o wydajności \geq min. 40 oznaczeń na godzinę w trybie z podajnikiem.

Powyższe wyjaśnienia modyfikują treść siwz w przedmiotowym zakresie.

z up. Dyrektora SPSK
Pełnomocnik ds. Zamówień
Publicznych i Jakości
Leszek Kliś