

Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny  
im. prof. Adama Grucy CMKP  
ul. Konarskiego 13  
05-400 Otwock

Otwock, dnia 17 sierpnia 2017r

Do Wykonawców

**Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na Dostawę implantów ortopedycznych, substytutów kości oraz ram przestrzennych do wieloosiowej korekcji deformacji kończyn**

**Znak sprawy: DZP/81/2017**

### WYJAŚNIENIA SIWZ

Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku (Dz. U. 2015 r. poz. 2164 oraz z 2016 r. poz. 831) Prawo zamówień publicznych udziela następujących wyjaśnień treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia,

#### **Pytanie nr 1**

##### **Dotyczy Pakietu nr 4 poz. 1-2**

Czy Zamawiający dopuści w w/w pozycji substytut kości w postaci żelowego implantu, którego podstawowym składnikiem są mikrogranulki na bazie fosforanu wapnia (TCP >95%), zawieszzone w hydrożelowym nośniku, umieszczone w sterylnej, poliwęglanowej strzykawce jednorazowej typu "luer" (gotowy do aplikacji, bez konieczności łączenia składników). Substytut bezbiałkowy, bezkolagenowy, nieorganiczny, osteokondukcyjny, biowchłaniający?

**Odp. Zamawiający nie wyraża zgody.**

#### **Pytanie nr 2**

##### **Dotyczy Pakietu nr 4 poz. 1-2**

Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania substytutu o innej objętości, z odpowiednim przeliczeniem ilości w górę?

**Odp. Zamawiający nie wyraża zgody.**

*z up. Dyrektora SPSK*

*Olimpia Jobda*

*Kierownik Działu Zamówień Publicznych*