

Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny
im. prof. Adama Grucy CMKP
ul. Konarskiego 13
05-400 Otwock

Otwock, dnia 09 sierpnia 2017r

Do Wykonawców

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na Dostawa endoprotez oraz implantów ortopedycznych

Znak sprawy: DZP/88/2017

WYJAŚNIENIA SIWZ

Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 2 i 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku (Dz. U. 2015 r. poz. 2164 oraz z 2016 r. poz. 831) Prawo zamówień publicznych udziela następujących wyjaśnień treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia,

Pytanie 1

Pakiet nr 16

Czy Zamawiający dopuści płytę dystansową klinową do osteotomii korekcyjnej w części bliższej kości piszczelowej, stabilną kątowno, wykonaną ze stopu tytanu? W płycie znajdują się 4 otwory blokowane z możliwością wielokierunkowego ustawienia śrub, 2 otwory pod wkręty blokowane 4,5 mm i 2 otwory pod wkręty blokowane 6,5mm; otwory blokowane posiadają oporową część stożkową oraz walcową, dodatkowo w płycie przynajmniej 1 otwór gwintowany w środkowej części klina ułatwiający aplikację płyty, płyty posiadają przynajmniej 8 różnych rozmiarów dystansowego klina w przedziale 5,0mm -17,5mm. Płyta w komplecie z wkrętami samogwintującymi, główka wkrętu z oporową częścią stożkową walcową o średnicy odpowiedniej do otworów, różnej długości, wykonane ze stopu tytanu.

Odpowiedź:

Tak, Zamawiający dopuszcza.

z up. Dyrektora SPSK

Dyrektor ds. Technicznych
Sławomir Chaberek