

Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny
im. prof. Adama Grucy CMKP
ul. Konarskiego 13
05-400 Otwock

Otwock, dnia 17sierpnia 2017r

Do Wykonawców

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na Dostawa endoprotez oraz implantów ortopedycznych

Znak sprawy: DZP/88/2017

WYJAŚNIENIA SIWZ

Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 2 i 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku (Dz. U. 2015 r. poz. 2164 oraz z 2016 r. poz. 831) Prawo zamówień publicznych udziela następujących wyjaśnień treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia,

Pytanie nr 1

Czy Zamawiający zmieni termin określony w §2:

- a) ust. 5 z 24 godzin na 2 dni robocze
- b) ust. 6 z 48 godzin na 5 dni roboczych?

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody

Pytanie nr 2

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmniejszenie kary umownej określonej w § 9 ust. 1 pkt 3 ze 100 zł na 50 zł?

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody

Pytanie nr 3

Czy zamawiający w pakiecie nr 19 dopuści:

Trzpień prosty, bezkołnierzowy, stożkowy w jednej płaszczyźnie, z rowkami podłużnymi i poprzecznymi na powierzchniach bocznych, pokryty warstwą HA na całej długości. Trzpień w minimum 10 rozmiarach i 3 wersjach: standardowej, lateralizowanej i CoxaVara. Część proksymalna polerowana. Szyjka przewężona redukująca możliwość konfliktu szyjkowo-panewkowego.

Panewka bezcementowa sferyczna, press-fit w minimum 13 rozmiarach zewnętrznych. Czasza z otworami na śruby zaślepienymi fabrycznie. Rant czaszy obły, polerowany, redukujący możliwość konfliktu szyjkowo-panewkowego. Pokrycie zewnętrzne w formie napyłonej, porowatej warstwy tytanowej pokrytej cienką (max 20mm), bioaktywną (osteoindukcyjną), warstwą fosforanowo-wapniową (CaP) szybko-resorbującą (do 6ciu miesięcy). Implant przystosowany do zastosowania w jednej czaszy trzech typów wkładek: ceramicznej, metalowej i PE. Wkładki panewkowe dostosowane do rosnących rozmiarów głów: 28mm, 32mm, 36mm i 40mm.

Wkładki panewkowe wykonane z silnie usieciowanego polietylenu HXLPE, dostosowane do głów rosnących głów 28mm, 32mm, 36mm, i 40mm

Głowy wykonane z CoCr o stożku 12/14 i średnicach zewnętrznych 28mm, 32mm, 36mm, i 40mm. Stożek 12/14

Głowy wykonane z ceramiki Biolox DELTA o stożku 12/14 i średnicach zewnętrznych 28mm, 32mm, 36mm, i 40mm. Stożek 12/14

Odp. Zamawiający wyraża zgodę.

z up. Dyrektora SPSK

Olimpia Jobda

Kierownik Działu Zamówień Publicznych