

## Załącznik nr 6 do siwz

L.p	TABELA PARAMETRÓW WYMAGANYCH
1.	Rok produkcji 2017
2.	Gwarancja minimum 2 lata na wszystkie narzędzia.
3.	Gwarancja na narzędzia obejmuje w szczególności wtrącenia lub wady materiałowe. Gwarancja powinna obejmować również wymianę pękniętego lub złamanego narzędzia, ale prawidłowo użytkowanego
4.	Narzędzia fabrycznie nowe
5.	<b>Oznakowanie narzędzi numerami inwentarzowymi SPSK w sposób trwały i czytelny</b> (podane po podpisaniu umowy)
6.	Narzędzia chirurgiczne zakupione i dostarczone do szpitala powinny być wykonane ze stali nierdzewnej i kwasoodpornej przeznaczonej do wyrobu narzędzi chirurgicznych zgodnie z normami
7.	Wszystkie narzędzia muszą być przystosowane do powszechnie stosowanych metod dezynfekcji (łącznie z dezynfekcją zanurzeniową – z określonym przez producenta maksymalnym czasem zanurzenia)
8.	Wszystkie narzędzia muszą być przystosowane do powszechnie stosowanych metod sterylizacji
9.	Instrukcja mycia i dezynfekcji w języku polskim 2 egz i angielskim (jeżeli sprzęt nie jest produktem krajowym) 1 egz (przy dostawie)
10.	Wykaz dopuszczonych metod sterylizacji stosowanie, których nie powoduje utraty gwarancji (przy dostawie)
11.	Wykaz dopuszczonych środków dezynfekcyjnych stosowanie, których nie powoduje utraty gwarancji (przy dostawie)
12.	Oznaczenie wyrobu znakiem zgodności CE
13.	Oświadczenie Wykonawcy o klasie oferowanego wyrobu medycznego(klasa I, II a, II b lub III ) (przy ofercie i dostawie) (nie dotyczy poz 1.2, 1.3)
14.	Szczegółowy opis warunków gwarancji (załączyć przy dostawie): - określenie sposobu powiadamiania uznanego za skuteczne - czas usunięcia usterki od momentu podjęcia interwencji
15.	Sposób powiadamiania o usterek pogwarancyjnych uznany za skuteczny (przy dostawie)
16.	Warunki i przyczyny ewentualnej utraty gwarancji (przy dostawie)
17.	Czas usunięcia usterki w godzinach w okresie gwarancji liczony od nie dłużej niż 72h (jako usunięcie usterki rozumiane jest przywrócenie pełnej sprawności narzędzia), koszty wysyłki pokrywa wykonawca.
18.	Okres gwarancji zostaje przedłużony o czas naprawy urządzenia – <i>przedmiotu zamówienia</i> w przypadku naprawy trwającej powyżej 72h,
19.	W przypadku 3-krotnej naprawy gwarancyjnej tego samego narzędzia Wykonawca obowiązany jest wymienić to narzędzie na nowe.
20.	Zagwarantowanie sprzętu zastępczego na czas naprawy gwarancyjnej przekraczający 72h
21.	W przypadku konieczności wymiany w okresie gwarancyjnym z przyczyn leżących po stronie wykonawcy pokrywa on wszystkie koszty związane z tą procedurą
22.	Wykaz punktów serwisowych (przy dostawie)