

Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny
im. prof. Adama Grucy CMKP
ul. Konarskiego 13
05-400 Otwock

Otwock, dnia 25 sierpnia 2017r

Do Wykonawców

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na „Dostawę endoprotez stawu biodrowego służących do operacji rewizyjnych oraz endoprotez stawu barkowego służących do operacji rewizyjnych stawu barkowego”

Znak sprawy: DZP/91/2017

WYJAŚNIENIA SIWZ

Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 2 i 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku (Dz. U. 2015 r. poz. 2164 oraz z 2016 r. poz. 831) Prawo zamówień publicznych udziela następujących wyjaśnień treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia,

Pytanie nr 1 do Pakietu nr 5 Endoproteza rewizyjna stawu biodrowego z trzpieniem stożkowym i panewką dwumobilną.

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie trzpienia rewizyjnego, stożkowego, tytanowego, bezcementowego, typu Wagner, zwężającego się dystalnie, z wypustkami stabilizującymi wzdłuż trzpienia w części dystalnej. Trzpień w rozmiarach długości: 140mm – prosty i 200mm wygięty anatomicznie, średnice trzpieni: od 15 mm do 24mm mierzone w części proksymalnej. Panewka rewizyjna, bezcementowa, dwumobilna z wystającą, nachyloną pod kątem 10° obręczą pozwalającą na lepsze przyleganie panewki do panewki kostnej, z hakiem (2 rozmiary) stabilizującym we wcięciu panewkowym i ze skrzydełkami (trzy rozmiary) zaopatrzonymi w otwory na śruby. Śruby do wypustek o dł. 20-50 mm Dostępne również: panewka rewizyjna cementowana z dodatkowym koszykiem stabilizującym i panewka standardowa, dwumobilna, bezcementowa z nawisem 10°.

Wkładka panewkowa dwumobilna wykonana z polietylenu najnowszej generacji o ultra wysokiej masie cząsteczkowej, niezawierającego stearynianu wapnia, co zapewnia wysoką odporność na ścieranie i utlenianie.

Głowa endoprotezy wykonana z CoCr lub ceramiczna o średnicy 28 i 32 mm., w 4 długościach szyjki. ?

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody.

z up. Dyrektora SPSK

Olimpia Jobda

Kierownik Działu Zamówień Publicznych