

Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny
im. prof. Adama Grucy CMKP
ul. Konarskiego 13
05-400 Otwock

Otwock, dnia 13 września 2017r

Do Wykonawców

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na „Wykonanie jednorazowych przeglądów technicznych i związanych z nimi konserwacji mających na celu utrzymanie w pełnej sprawności techniczno – eksploatacyjnej sprzętu medycznego znajdującego się na wyposażeniu SPSK w Otwocku”

Znak sprawy: DZP/97/2017

**MODYFIKACJA WYJAŚNIEŃ SIWZ
Z DNIA 12 WRZESNIA 2017 ROKU**

Zamawiający modyfikuje treść odpowiedzi z dnia 12 września 2017 roku.

Pytanie 3: zapisów SIWZ

Czy zdaniem Zamawiającego wystarczy dysponowanie zwykłym odkurzaczem jak używanym w gospodarstwach domowych, czy też Zamawiający wymaga dysponowania odkurzaczem z ochroną ESD, co zabezpiecza sprzęt przed uszkodzeniem z powodu ewentualnego wyładowania elektryczności statycznej?

Odpowiedź: Zamawiający nie precyzuje wymagań dotyczących urządzeń wykorzystywanych przy wykonywaniu przeglądów. Zgodnie z zapisami SIWZ Wykonawca będzie zobowiązany do wykonania przeglądu i związanych z nim czynności konserwacyjnych zgodnie z właściwościami danego sprzętu, obowiązującymi instrukcjami, standardami.

z up. Dyrektora SPSK

Kierownik Działu Zamówień
Publicznych

Olimpia Jobda