

Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny
im. prof. Adama Grucy CMKP
ul. Konarskiego 13
05-400 Otwock

Otwock, dnia 21 lutego 2018 r

Do Wykonawców

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na „Dostawę endoprotez, implantów ortopedycznych oraz substytutów kości i cementu ”

Znak sprawy: DZP.26.18/2018

WYJAŚNIENIA SIWZ

Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku (Dz. U. 2017 r. poz. 1579 ze zm.) Prawo zamówień publicznych udziela następujących wyjaśnień treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia,

Pytanie nr 1 - Pakiet nr 1

Czy Zamawiający dopuści preparat kośćcozastępczy zgodnie z opisem w postaci trójfosforanu wapnia?

Odpowiedz. Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 2 - Pakiet nr 5

Czy Zamawiający weźmie pod uwagę ofertę złożoną na **pakiet 5** na trzpień bezcementowy przynasadowy o następujących parametrach:

- 3 opcje kąta szyjkowo- trzonowego 120, 130 i 135 stopni
- 8 rozmiarów trzpienia (kształt rosnący przyśrodkowo i bocznie)
- kształt i technologia zapewniająca optymalne dopasowanie do kształtu kanału proksymalnej części kości udowej
- trzpień w 2/3 części bliższej napyłony próżniowo czystym tytanem i fosforanem wapnia
- długości w zakresie od 9,25cm do 13,25cm

Odpowiedz. Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 3 - Pakiet nr 7

Czy Zamawiający weźmie pod uwagę ofertę złożoną na **pakiet nr 7**, gdzie zaoferowany będzie cement z dwoma antybiotykami: gentamycyną i wankomycyną do mieszania ręcznego wraz z jednorazową miską i szpatułką?

Odpowiedz. Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 4 - Pakiet nr 9

Czy Zamawiający weźmie pod uwagę ofertę złożoną na **pakiet nr 9** bezcementowy, tytanowy trzpień endoprotezy stawu biodrowego o następujących parametrach:

- 3 opcje kąta szyjkowo- trzonowego 120, 130 i 135 stopni
- 8 rozmiarów dla każdej wersji kąta szyjkowo – trzonowego
- przekrój trzpienia trapezoidalny
- trzpień napyłony próżniowo czystym tytanem (Plasmapore) i fosforanem wapnia

Odpowiedz. Zamawiający nie wyraża zgody.

*z up. Dyrektora SPSK
Olimpia Jobda
Kierownik Działu Zamówień Publicznych*