

Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny
im. prof. Adama Grucy CMKP
ul. Konarskiego 13
05-400 Otwock

Otwock, dnia 15 lutego 2018 r

Do Wykonawców

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na „Dostawę endoprotez, implantów ortopedycznych oraz substytutów kości i cementu ”

Znak sprawy: DZP.26.18/2018

WYJAŚNIENIA SIWZ

Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku (Dz. U. 2017 r. poz. 1579 ze zm.) Prawo zamówień publicznych udziela następujących wyjaśnień treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia,

Pytanie nr 1 – pakiet nr 1

Czy Zamawiający dopuści preparat kośćcozastępczy o następujących parametrach:

Syntetyczny, bioaktywny, osteokondukcyjny, osteostymulacyjny (nieosteoindukcyjny) materiał przeznaczony do stosowania przy wypełnianiu, zastępowaniu i rekonstrukcji ubytków kostnych. Materiał jest wykonany ze szkła bioaktywnego S53P4 w ilościach (53% SiO₂, 23% Na₂O, 20% CaO, 4% P₂O₅). Posiada zdolność do trwałego łączenia się z żywą tkanką oraz hamuje rozwój ok. 50 typów bakterii gram dodatnich i ujemnych, wspomaga rozrost tkanki, tworzy chemiczne wiązania z przylegającą tkanką kostną w łożu implantu oraz przyspiesza formatowanie nowej tkanki kostnej w obszarze wszczepienia. Materiał w postaci granulek w rozmiarach: 0,5mm-0,8mm, 1,0mm-2,0mm, zapakowany jest w aplikator w postaci tubostrzykawkę wyposażonej w nakręcaną łopatkę umożliwiającą wygodną implantację. Dostarczony granulaty znajduje się w tubostrzykawkach o pojemności 5cc. Preparat sterylizowany promieniami gamma.

Odpowiedz. Zamawiający nie wyraża zgody.

*z up. Dyrektora SPSK
Olimpia Jobda
Kierownik Działu Zamówień Publicznych*