

Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny
im. prof. Adama Grucy CMKP
ul. Konarskiego 13
05-400 Otwock

Otwock, dnia 16 marca 2018 r.

Do Wykonawców

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na „Najem systemu płukania pulsacyjnego wraz z dostawą końcówek płuczących”.

Znak sprawy: DZP.26.28/2018

WYJAŚNIENIA SIWZ

Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 2 oraz ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku (Dz. U. 2017 r. poz. 1579 ze zm.) Prawo zamówień publicznych udziela następujących wyjaśnień treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia

Pytanie 1

Czy Zamawiający weźmie pod uwagę ofertę, gdzie zaproponowane będą JEDNORAZOWE zestawy do płukania pulsacyjnego z zestawem końcówek płuczących, zasilane bateriami AA, niewymagające podłączenia do zasilacza elektrycznego.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie systemów z jednorazową rękojeścią.

Pozostałe zapisy siwz pozostają bez zmian.

z up. Dyrektora SPSK
Kierownik Działu Zamówień
Publicznych
Olimpia Jobda