

Zamawiający
Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny
im. prof. Adama Grucy CMKP
ul. Konarskiego 13
05-400 Otwock

Otwock, dnia 15 marca 2018 r.

Do Wykonawców

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na „Dostawę sprzętu medycznego jednorazowego i wielorazowego użytku do magazynu szpitala przez okres 24 miesięcy”

Znak sprawy: DZP.26.29/2018

WYJAŚNIENIA SIWZ

Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 2 i 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku (Dz. U. 2017 r. poz. 1579 ze zm.) Prawo zamówień publicznych udziela następujących wyjaśnień treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia,

Pytanie nr 1

Pakiet nr 3

Czy Zamawiający dopuści średnicę balonu dla :
Rozmiaru 3F/80 cm – 6 mm
Rozmiaru 4F/40 lub 80 cm – 8 mm
Rozmiaru 5F/40 lub 80 cm – 10 mm
Rozmiaru 7F/40 lub 80 cm – 14 mm
Pozostałe parametry bez zmian ?

Odpowiedź:

Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 2

Pakiet nr 10, pozycja nr 2

Czy Zamawiający dopuści podajnik na 10 szczoteczek kompatybilny z pozycją nr 1 z pakietu nr 10 ? Na rynku nie występuje podajnik z możliwością przechowywania 12 sztuk.
Pozostałe parametry bez zmian.

Odpowiedź:

Pakiet nr 10 to łączniki, kapturek zabezpieczający oraz adapter zakrzywiony. Zadane pytanie nie dotyczy danego pakietu.

Pytanie dotyczy pakietu nr 4. Zamawiający zgodnie z odpowiedziami z dnia 15.03.2018 r. dopuścił podajnik kasetowy na 10 szczotek kompatybilny z wielkością szczotek nadających się do sterylizacji.

Pytanie nr 3

Pakiet nr 12, pozycja nr 3

Czy Zamawiający dopuści pojemnik na odpady medyczne o wysokości 150 -175mm z otworem wrzutowym 65mm? Pozostałe parametry bez zmian.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza pojemnik na odpady medyczne o wysokości 150 -175mm z otworem wrzutowym 65mm przy zachowaniu pozostałych parametrów bez zmian.

Pytanie nr 4

Pakiet 2 poz. 1- 4:

1. Prosimy o dopuszczenie przedłożenia próbek w ilości 1 opakowania 100szt produktu z dowolnego rozmiaru z zakresu wymaganego w siwz.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody.

2. Prosimy o wyjaśnienie czy na opakowaniu jednostkowym ma być oryginalnie nadrukowany rysunek ostrza w skali 1:1?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wymaga, aby na opakowaniu jednostkowym był oryginalnie nadrukowany rysunek ostrza w skali 1:1, ale dopuszcza.

3. Prosimy o sprecyzowanie czy kartonowe opakowanie zbiorcze ostrzy (100szt) ma być szczelne zewnętrznie owinięte folią?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wymaga, aby kartonowe opakowanie zbiorcze ostrzy (100szt) było szczelne zewnętrznie owinięte folią, ale dopuszcza.

Pytanie nr 5

Pytanie nr

Pakiet 9:

Poz. 1 i 2 :

1. Prosimy o dopuszczenie zaofertowanych strzykawek posiadających tłok i cylinder wykonane z polipropylenu, spełniające pozostałe wymogi swiz.

Odpowiedź:

Nie, Zamawiający nie dopuszcza.

2. Prosimy o sprecyzowanie czy strzykawki mają mieć oryginalnie nadrukowane przez producenta na cylindrze logo producenta i typ strzykawki, co pozwala na szybką identyfikację produktu bez opakowania jednostkowego.

Odpowiedź:

Tak, Zamawiający wymaga, aby strzykawki miały oryginalnie nadrukowane przez producenta na cylindrze logo producenta i typ strzykawki, co pozwala na szybką identyfikację produktu bez opakowania jednostkowego.

Poz. 3 i 4:

1. Prosimy o sprecyzowanie czy kraniki mają być wykonane z poliwęglanu- materiału pozwalającego na bezpieczną podaż lipidów i chemioterapeytków?

Odpowiedź:

Tak, Zamawiający wymaga, aby kraniki były wykonane z poliwęglanu- materiału pozwalającego na bezpieczną podaż lipidów i chemioterapeytków.

2. Prosimy o sprecyzowanie czy kraniki mają być wyposażone w optyczny i wyczuwalny wskaźnik położenia pozycji otwarty/zamknięty, co gwarantuje ich precyzyjną obsługę?

Odpowiedź:

Tak, Zamawiający wymaga, aby kraniki były wyposażone w optyczny i wyczuwalny wskaźnik położenia pozycji otwarty/zamknięty, co gwarantuje ich precyzyjną obsługę.

Poz. 4:

Prosimy o sprecyzowanie czy kraniki z przedłużaczem mają być wyposażone w bezigłowy port dający możliwość na dostrzykiwanie leku bez konieczności rozłączania linii?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wymaga, aby kraniki z przedłużaczem były wyposażone w bezigłowy port dający możliwość na dostrzykiwanie leku bez konieczności rozłączania linii, ale dopuszcza.

Pytanie nr 6

Pakiet 4, pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści szczotkę chirurgiczną wielorazową o wymiarach ok. 105/42/20mm, wykonaną z polipropylenu (korpus) i nylonu (oszczotkowanie), przeznaczoną do sterylizacji w autoklawie w temp. 132°C w czasie nieprzekraczającym 30 min.?

Odpowiedź:

Tak, Zamawiający dopuszcza szczotkę chirurgiczną wielorazową o wymiarach 105/42/20mm, wykonaną z polipropylenu (korpus) i nylonu (oszczotkowanie), przeznaczoną do sterylizacji w autoklawie w temp. 132°C w czasie nieprzekraczającym 30 min.

Pytanie nr 7

Pakiet 12, pozycja 3

Czy Zamawiający dopuści pojemnik o średnicy 120mm/110mm (górnej / dolnej), wysokości 110mm, z otworem wrzutowym o średnicy ok. 90mm?

Odpowiedź:

Nie, Zamawiający nie dopuszcza.

Powyższe wyjaśnienia modyfikują treść siwz w przedmiotowym zakresie.

z up. Dyrektora SPSK
Kierownik Działu Zamówień
Publicznych
Olimpia Jobda