

Załącznik nr 5 do siwz – Tabela wymagań szczegółowych

Wymagania szczegółowe

L. p	Rodzaj wyposażenia	Ogólny opis typu	Ilość	Opis	Wymagane karty katalogowe	Sposób określenia ceny jednostkowej
1 Ostrza do shaverea						
1.1	Ostrza kompatybilne z shaverem <i>Formula , Formula 180, Formula HC</i>	Ostrza do artroskopii kolana i barku do tkanek miękkich	3300	Ostrza do kości oraz tkanek miękkich. Długość robocza i średnica dostosowana do zastosowania	Załączyć do oferty kartę katalogową oferowanych ostrzy wraz z rysunkami części roboczej, dostępnymi rozmiarami i numerami katalogowymi	Podać numery katalogowe oferowanych ostrzy. Oferowana cena jest ceną jednostkową dla wszystkich zaoferowanych ostrzy z tej grupy. Typ ostrza będzie określany każdorazowo przy zamówieniu.
1.2	firmy Stryker	Ostrza do artroskopii kolana i barku - do tkanek kostnych	640			
1.3		Ostrza do artroskopii małych stawów - do tkanek miękkich i kostnych	360			
1.4		Ostrza zakrzywione do artroskopii do tkanek miękkich	60			
1.5		Ostrza do artroskopii stawu biodrowego	250			
2 Końcówki do waporyzatora						
2.1	Końcówki do waporyzatora kompatybilne z waporyzatorem <i>CrossFire, CrossFire 2,</i>	Końcówki do artroskopii małych stawów, kolana, barku	700	Z przewodem zasilającym . Dostępne minimum dwa kąty zagięcia elektrody	Załączyć do oferty kartę katalogową oferowanych elektrod wraz z rysunkami i numerami katalogowymi	Podać numery katalogowe oferowanych elektrod. Oferowana cena jest ceną jednostkową dla wszystkich zaoferowanych elektrod z tej grupy. Typ elektrody będzie określany każdorazowo przy zamówieniu.
2.2	<i>Serfas Energy</i> firmy Stryker.	Końcówki do artroskopii stawu biodrowego	90			
Dreny						
3.1	Kasety jednodniowe do toru napływu pompy artroskopowe	Kasety jednodniowe do toru napływu pompy artroskopowe	600	zestaw wielorazowego użytku	załączyć do oferty kartę katalogową produktu	Podać numer katalogowy oferowanego produktu

	j- kompatybilne z pompą CrossFlow firmy Stryker	wej- Zestaw zawiera dreny pacjenta w torze napływu.				
3. 2	Dreny pacjenta do toru napływu pompy artroskopowe j- kompatybilne z pompą CrossFlow firmy Stryker	Dreny pacjenta do kasety jednodniow ej.	240 0	zestaw jednorazow ego użytku	załączyć do oferty kartę katalogową produktu	Podać numer katalogowy oferowanego produktu
3. 3	Kasety jednorazowe do toru odpływu pompy artroskopowe j- kompatybilne z pompą CrossFlow firmy Stryker	Kaseta jednorazow a wraz z drenami do toru odpływu.	300	zestaw jednorazow ego użytku	załączyć do oferty kartę katalogową produktu	Podać numer katalogowy oferowanego produktu