

Zamawiający  
Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny  
im. prof. Adama Grucy CMKP  
ul. Konarskiego 13  
05-400 Otwock

Otwock, dnia 22 czerwca 2018 r.

Do Wykonawców

***Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na „Dostawę 3 zestawów elastycznych rozwiertaków śródszpikowych dla potrzeb bloku operacyjnego SPSK im. prof. Adama Grucy CMKP w Otwocku”***

**Znak sprawy: DZP.26.62/2018**

## WYJAŚNIENIA SIWZ

Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 2 i 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku (Dz. U. 2017 r. poz. 1579 ze zm.) Prawo zamówień publicznych udziela następujących wyjaśnień, tym samym zmieniając treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

### **Pytanie nr 1**

#### **Dotyczy poz Lp. 1 – Lp. 20**

Czy Zamawiający w celu zwiększenia konkurencyjności odstąpi od wymogu oferowania rozwiertaków giętkich sprężynowych i wyrazi zgodę na zaoferowanie giętkich, kaniulowanych rozwiertaków śródszpikowych, gdzie głowica tnąca jest na stałe przymocowana do elastycznego, gładkiego (jednorodnego) wału, z uchwytem (szybkozłazką) Trinkle modyfikowany, kompatybilne z obecnymi na rynku napędami ortopedycznymi. Długość części roboczej (wał + frez) 396 mm (rozmiar standardowy) lub 580 mm, średnica głowicy tnącej 8-17.5 mm, ze skokiem co 0,5 cm, do prowadnicy Ø 3mm.

Prośbę swoją motywujemy faktem, iż rozwiertaki tzw. sprężynowe, zbudowane ze spiralnej płaskiej sprężyny są obecnie rozwiązaniem starym i trudnym w eksploatacji, gdyż jak wykazały badania, między zwojami gromadzą się drobinki kości, krwi i innych tkanek, trudne do wyczyszczenia w myjce automatycznej jak również manualnie.

#### **Odpowiedź:**

**Zamawiający nie wyraża zgody. Wymogi pozostają bez zmian.**

### **Pytanie nr 2**

#### **Dotyczy poz Lp. 21**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie prowadnic Ø3mm dł. 1000mm z oliwką?

#### **Odpowiedź:**

Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie prowadnic Ø3mm dł. 1000mm z oliwką lub bez oliwki i tym samym dodaje zapis w poz. 21 formularza cenowego (załącznik 1 A do siwz).

z up. Dyrektora SPSK  
Kierownik Działu Zamówień  
Publicznych  
Olimpia Jobda