

L.p	TABELA PARAMETRÓW WYMAGANYCH
1.	Rok produkcji 2018
2.	Rozwiertaki fabrycznie nowe
3.	Oznakowanie poszczególnych rozwiertaków numerami inwentarзовymi SPSK w sposób trwały i czytelny (numery będą podane po podpisaniu umowy)
4.	Rozwiertaki powinny być wykonane ze stali nierdzewnej i kwasoodpornej przeznaczonej do wyrobu narzędzi chirurgicznych zgodnie z normami
5.	Rozwiertaki muszą być przystosowane do powszechnie stosowanych metod dezynfekcji (łącznie z dezynfekcją zanurzeniową – z określonym przez producenta maksymalnym czasem zanurzenia)
6.	Rozwiertaki muszą być przystosowane do powszechnie stosowanych metod sterylizacji
7.	Instrukcja mycia i dezynfekcji w języku polskim 2 egz. i angielskim (jeżeli sprzęt nie jest produktem krajowym) 1 egz. (przy dostawie)
8.	Wykaz dopuszczonych metod sterylizacji stosowanie, których nie powoduje utraty gwarancji (przy dostawie)
9.	Wykaz dopuszczonych środków dezynfekcyjnych stosowanie, których nie powoduje utraty gwarancji (przy dostawie)
10.	Oznaczenie wyrobu znakiem zgodności CE
11.	Szczegółowy opis warunków gwarancji (załączyć przy dostawie): - określenie sposobu powiadamiania uznanego za skuteczne - czas usunięcia usterki od momentu podjęcia interwencji
12.	Sposób powiadamiania o usterkach pogwarancyjnych uznany za skuteczny (przy dostawie)
13.	Warunki i przyczyny ewentualnej utraty gwarancji (przy dostawie)
14.	Czas usunięcia usterki w okresie gwarancji nie dłużej niż 5 dni roboczych (jako usunięcie usterki rozumiane jest przywrócenie pełnej sprawności narzędzia), koszty wysyłki pokrywa wykonawca.
15.	W przypadku 3-krotnej naprawy gwarancyjnej tego samego narzędzia Wykonawca obowiązany jest wymienić rozwiertak na nowy.
16.	W przypadku konieczności wymiany w okresie gwarancyjnym z przyczyn leżących po stronie oferenta pokrywa on wszystkie koszty związane z tą procedurą
17.	Wykaz punktów serwisowych (przy dostawie)