

Do Wykonawców

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na „Dostawę endoprotez, implantów ortopedycznych oraz substytutów kości”

Znak sprawy: DZP.26.76/2018

WYJAŚNIENIA SIWZ

Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku (Dz. U. 2017 r. poz. 1579 ze zm.) Prawo zamówień publicznych udziela następujących wyjaśnień treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia,

Pytanie nr 1 – pakiet nr 1

Czy Zamawiający dopuści substytut kości w pojedynczych, sterylnych opakowaniach w postaci macierzy komórkowej na bazie hydroksyapatytu (70%) i beta-trójfosforanu wapnia (30%) o wytrzymałości kompresyjnej 10Mpa. W 9 różnych kształtach i rozmiarach?

Odpowiedz. Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 2 – pakiet nr 1

Czy Zamawiający dopuści substytut kości składający się z 75% hydroksyapatytu i 25% fosforanu trójwapniowego? Materiał bezpieczny, 100% biokompatybilny, osteokondukcyjny, całkowicie wchłaniany, ulegający stopniowej całkowitej resorpcji w czasie 6 do 24 miesięcy, dostarczany w sterylnych opakowaniach. Substytuty w 12 rozmiarach:

1. blok 8x8x20 mm
2. blok 15x15x20 mm
3. blok 15x20x30 mm
4. cylinder 8x20 mm
5. klin 6x25x30mm
6. klin 8x25x30mm
7. klin 10x25x30mm
8. klin 12x25x30mm
9. klin 14x25x30mm
10. granule 3-4 mm 10g
11. granule 3-4 mm 15g
12. granule 3-4 mm 20g ?

Odpowiedz. Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 3 – pakiet nr 1(zapisy SIWZ i wzoru umowy zał. nr 4A - §1 ust. 1, §2, §9 ust. 1 pkt. 3)

Czy Zamawiający mógłby doprecyzować, iż wymóg instrumentarium nie dotyczy wskazanego pakietu? Substytuty nie wymagają specjalnego instrumentarium i nie są dostarczane z żadnymi narzędziami.

Odp. Zamawiający informuje, że w zakresie pakietu nr 1 nie wymaga specjalistycznego instrumentarium, a jedynie niezbędnych narzędzi potrzebnych do podania produktu.

Pytanie nr 4 - Zapytania do w/w postępowania dotyczące zapisów wzoru umowy- zał. nr 4A

Czy Zamawiający zmieni termin określony w §2 ust. 5 i 6 z 24 godzin na 2 dni robocze oraz z 48 godzin na 2 dni robocze?

Odpowiedz. Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 5 - Zapytania do w/w postępowania dotyczące zapisów wzoru umowy- zał. nr 4A

Czy Zamawiający dookreśli w §7 ust. 4 pkt 2 oraz §8 ust.6, iż termin załatwienia reklamacji będzie liczony od dnia przesłania pisma reklamacyjnego wraz z reklamowanym towarem? Reklamowany towar powinien zostać przesłany Wykonawcy w celu ustosunkowania się Wykonawcy do złożonej reklamacji. Proponowany przez Państwa zapis nakłada na Wykonawcę obowiązek wymiany towaru jedynie w oparciu o przesłane zgłoszenie bez możliwości ustosunkowania się do niego.

Odpowiedz. Zamawiający nie wyraża zgody.

*z up. Dyrektora SPSK
Olimpia Jobda
Kierownik Działu Zamówień Publicznych*