

Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny
im. prof. Adama Grucy CMKP
ul. Konarskiego 13
05-400 Otwock

Otwock, dnia 24 lipca 2018 r

Do Wykonawców

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na „Dostawę endoprotez, implantów ortopedycznych oraz substytutów kości”

Znak sprawy: DZP.26.76/2018

WYJAŚNIENIA SIWZ

Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku (Dz. U. 2017 r. poz. 1579 ze zm.) Prawo zamówień publicznych udziela następujących wyjaśnień treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia,

Pytanie nr 1 – pakiet nr 5

Czy Zamawiający dopuści w ramach oferty konkurencyjnej system:

Płytki do zespolenia kości śródstopia. Płyty wyposażone w otwory zbudowane z czterech kolumn gwintowanych z min. czterema zwojami gwintu z możliwością zastosowania śrub blokowanych zmiennokątowo z odchyleniem od osi w każdym kierunku 15stopni. Różne kształty płytek. Śruby o średnicy 2.4/ 2.7 mm, blokowane zmiennokątowo i korowe. W części środkowej płyta wyposażona w dwa specjalne otwory w tym jeden podłużny przeznaczone do kompresji z wykorzystaniem kompresyjnych drutów kirschnera oraz szczypiec. Instrumentarium wyposażone w specjalne narzędzia do kompresji z drutami kompresyjnymi, mini rozwieracz kostny do utrzymywania i rozwierania klina oraz narzędzia do kształtowania płyty. Różne rodzaje płyt:

Płytki blokowane 2 oczk., prosta
Płytki blokowane 4 oczk., prosta
Płytki blokowane 2/2 oczk. dwubiegunowa T
Płytki blokowane 2/2 oczk., T
Płytki blokowane 2/4 oczk., T
Płytki blokowane 2/7 oczk., T
Płytki blokowane 3+2oczki, typu koniczyna
Płytki blokowane 3+2 oczki. Dwubiegunowa, typu koniczyna
Płytki blokowane 3+4 oczki, Dwubiegunowa, typu koniczyna
Płytki blokowane podwójne X, duża
Płytki blokowane podwójne X, średnia
Płytki blokowane podwójne X mała
Płytki blokowane typu T z klinem 0-7 mm
Śruba korowa, średnica 2.4/2.7 długość 6-60mm
Śruba va blokowana, średnica 2.4/2.7, długość 6-40mm

Odpowiedz. Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie nr 1 – pakiet nr 4

Biorąc pod uwagę specyfikę systemu wnosimy o wydzielenie adapterów niestandardowych (V40, Taper 1, ABG, 8/10, 10/12) do osobnej pozycji formularza cenowego. Powyższe wyroby posiadają inną cenę niż stożki 12/14 i 14/16 i powinny być wyceniane osobno. Wnosimy również o podanie ilości adapterów niestandardowych.

Odpowiedz. Zamawiający informuje, że błędnie w opisie przedmiotu zamówienia zawarł informacje dotyczące adapterów niestandardowych. Zamawiający wymaga wyceny adapterów standardowych. Opis przedmiot zamówienia został w tym zakresie zmodyfikowany

*z up. Dyrektora SPSK
Olimpia Jobda
Kierownik Działu Zamówień Publicznych*