

Do Wykonawców

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na „Dostawę endoprotez oraz implantów ortopedycznych”

Znak sprawy: DZP.26.77/2018

WYJAŚNIENIA SIWZ

Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku (Dz. U. 2017 r. poz. 1579 ze zm.) Prawo zamówień publicznych udziela następujących wyjaśnień treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia,

Pytanie nr 1 – pakiet nr 6

Czy Zamawiający w **Pakiecie nr 6 poz. 1** dopuści możliwość zaoferowania płytki do dalszej nasady kości piszczelowej od strony przedniobocznej posiadającej 4 otwory w głowie płytki zamiast 6 oraz płytki do dalszej nasady kości piszczelowej od strony przyśrodkowej (bez podparcia) o długości od 116 do 246mm zamiast od 109 do 246mm, pozostałe parametry bez zmian?

Odpowiedz. Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 2 – pakiet nr 6

Czy Zamawiający w **Pakiecie nr 6 poz. 2-5** dopuści możliwość zaoferowania wkrętów o długości 10-90mm?

Odpowiedz. Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 3 - dot. § 3 ust. 5 Projektu umowy

W związku z koniecznością stworzenia depozytu przez Wykonawcę realizującego dostawę implantów w pakiecie nr 10, prosimy o **sprecyzowanie / dodanie** do obecnego brzemienia **§ 3**, poniższych zapisów uszczegółwiających zasady realizacji dostaw w ramach stworzonego depozytu:

1. Termin utworzenia depozytu wynosi 5 dni roboczych od daty podpisania umowy.
2. Przekazanie depozytu odbędzie się na podstawie, generowanego z systemu, dokumentu WZ. Osobą odpowiedzialną za depozyt jest:
3. Wykonawca zachowuje prawo własności do powierzonych w depozyt implantów.
4. Zamawiający jest zobowiązany do przechowywania implantów we właściwych warunkach, zabezpieczenia ich przed uszkodzeniem, zniszczeniem lub kradzieżą.
5. W przypadku stwierdzenia, że implanty przechowywane są nieprawidłowo Wykonawca ma prawo do natychmiastowego odbioru materiałów.
6. W trosce o należyłą gospodarkę materiałową Zamawiający będzie używał powierzone implanty począwszy od materiału o najkrótszej dacie ważności w ramach danego asortymentu.
7. Zamawiający może wystąpić do Wykonawcy o wymianę materiału na równorzędny o dłuższej dacie

ważności najpóźniej na **9 miesięcy** przed upływem daty ważności materiału wytypowanego do wymiany.

8. W przypadku nie zgłoszenia chęci wymiany, Wykonawca wystawi fakturę na materiały, które przeterminowały się w siedzibie Zamawiającego.

9. Wykonawca ma prawo do kontroli depozytu i warunków, w których są materiały przechowywane.

10. Raz w roku kalendarzowym, Wykonawca przeprowadzi w siedzibie Zamawiającego spis z natury materiałów powierzonych w depozyt. Termin inwentaryzacji zostanie uzgodniony z Zamawiającym na 2-3 tygodnie przed jej datą.

11. Ewentualne braki lub uszkodzenia materiałów stwierdzone w momencie rozliczenia depozytu upoważniają Wykonawcę do wystawienia Zamawiającemu faktury na brakujące lub uszkodzone materiały.

12. Braki oraz uszkodzenia materiałów stwierdzone podczas spisu z natury, o którym jest mowa w pkt. 10 upoważniają Wykonawcę do wystawienia Zamawiającemu faktury. Faktura zostanie wystawiona w oparciu o formularz spisowy, a Depozyt uzupełniony do stanu wyjściowego.

13. Na uzupełniony depozyt zostanie wystawiona faktura VAT z terminem płatności zawartym w § 5.

Odpowiedz. Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 4 - dot. Rozdziału III pkt. 2 SIWZ

Mając na uwadze nasze wieloletnie doświadczenie w tworzeniu i prowadzeniu magazynów depozytowych, zwracamy się z uprzejmą prośbą o zmniejszenie wymaganej do złożenia w pakiecie 10 ilości asortymentu z 2 do 1 pełnego kompletu / setu oferowanego asortymentu. Jesteśmy przekonani, że proponowana ilość w pełni zabezpieczy potrzeby Zamawiającego.

Odpowiedz. Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 5 - dot. Pakietu nr 10

Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania w pakiecie 10:

- poz. 1: system płytkowy do osteotomii w obrębie stawu kolanowego z możliwością zastosowania wkretów blokujących śr. 6,5 , samogwintujących i korowych śr. 4,5 mm Płytki do osteotomii 4 i 6 otworowe;
- poz. 2: Śruby korowe samogwintujące, o śred. 4,5 mm dł 26-60mm, stop tytan;
- poz. 3: Śruby blokujące, samogwintujące o śred., 6,5 dł. 35 do 70 mm. stop tytanu;
- poz. 4: Śruby blokujące, samogwintujące o śred., 6,5 dł. 35 do 70 mm. stop tytanu.

Odpowiedz. Zamawiający nie wyraża zgody.

*z up. Dyrektora SPSK
Olimpia Jobda
Kierownik Działu Zamówień Publicznych*