

Zamawiający  
Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny  
im. prof. Adama Grucy CMKP  
ul. Konarskiego 13  
05-400 Otwock

Otwock, dnia 30 lipca 2018 r.

Do Wykonawców

***Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na***

***„Wykonanie jednorazowych przeglądów technicznych i związanych z nimi konserwacji mających na celu utrzymanie w pełnej sprawności techniczno eksploatacyjnej sprzętu medycznego znajdującego się na wyposażeniu SPSK im. Prof. A. Grucy CMKP w Otwocku”***

***Znak sprawy DZP.26.78/2018***

## WYJAŚNIENIA SIWZ

Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku (Dz. U. 2017 r. poz. 1579 ze zm.) Prawo zamówień publicznych udziela następujących wyjaśnień treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

### Pytanie nr 1

Czy Zamawiający w pakiecie 38 wymaga przeglądu zgodnie z aktualnym, ważnym protokołem producenta firmy Soering 2017, czy wykonania tylko testów bezpieczeństwa elektrycznego zgodnego z EN 62353? Czy przegląd ma być wykonywany przez autoryzowanego serwisanta posiadającego ważny certyfikat wystawiony przez firmę Soering?

### Odpowiedź

Zamawiający wymaga przeglądu zgodnie z zaleceniami producenta aparatu Sonoca 180 wraz z wykonaniem testów bezpieczeństwa elektrycznego.

Zamawiający nie wymaga autoryzacji. Posiadanie autoryzacji stanowi kryterium oceny ofert.

z up. Dyrektora SPSK  
Kierownik Działu Zamówień  
Publicznych  
Olimpia Jobda