

Zamawiający
Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny
im. prof. Adama Grucy CMKP
ul. Konarskiego 13
05-400 Otwock

Otwock, dnia 13 sierpnia 2018 r.

Do Wykonawców

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na

**„Wykonanie jednorazowych przeglądów technicznych i związanych z nimi konserwacji mających na celu utrzymanie w pełnej sprawności techniczno eksploatacyjnej sprzętu medycznego znajdującego się na wyposażeniu SPSK im. Prof. A. Grucy CMKP w Otwocku”
Znak sprawy DZP.26.78/2018**

WYJAŚNIENIA SIWZ

Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku (Dz. U. 2017 r. poz. 1579 ze zm.) Prawo zamówień publicznych udziela następujących wyjaśnień treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Pytanie nr 1

Zwracamy się z prośbą o udzielenie odpowiedzi na następujące pytania dotyczące pakietu **Nr 34 i 35**

Dotyczy § 1 punkt 3

Prosimy o potwierdzenie czy Zamawiający wymaga od wykonawcy potwierdzenia posiadania bezpośredniego dostępu do oryginalnych części zamiennych od producenta danego aparatu na
Uzasadnienie :

Na rynku polskim pojawiają się firmy oferujące części zamienne do aparatów medycznych niewiadomego pochodzenia.

Odpowiedź

Zgodnie z zapisami w SIWZ w Rozdziale III pkt 2.2 Ogólne wymagania w stosunku do realizacji przedmiotu zamówienia;

„Wykonawca będzie zobowiązany do przeprowadzenia przeglądów i napraw z użyciem oryginalnych części zamiennych lub dopuszczonych przez producenta.”

Pytanie nr 2

Dotyczy § 2 punkt 2

Prosimy o potwierdzenie czy Zamawiający będzie wymagał od Wykonawcy posiadania Upgradu programowania w celu zwiększenia bezpieczeństwa pracy dla personelu medycznego oraz pacjentów oraz wykonania przeglądu zgodnie z zapisami z instrukcji obsługi

Odpowiedź

Zamawiający nie wymaga ale dopuszcza posiadanie Upgradu programowania w celu zwiększenia bezpieczeństwa pracy dla personelu medycznego oraz pacjentów .

Jednocześnie Zamawiający wyjaśnia, że dzieląc urządzenia na pakiety z grupy A i B, Zamawiający wymaga, aby Wykonawca przeglądu urządzenia z grupy A w zakresie dotyczącym potencjału technicznego, posiadał szkolenie przeprowadzone przez producenta sprzętu i tym samym dysponował odpowiednim potencjałem zapewniającym wykonanie usługi zgodnie z wymogami siwz oraz producenta sprzętu.

z up. Dyrektora SPSK
Kierownik Działu Zamówień
Publicznych
Olimpia Jobda