

Zamawiający
Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny
im. prof. Adama Grucy CMKP
ul. Konarskiego 13
05-400 Otwock

Otwock, dnia 31 lipca 2018 r.

Do Wykonawców

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na „Dostawę aparatu do znieczulania ogólnego z monitorowaniem parametrów życiowych”

Znak sprawy DZP.26.82/2018

WYJAŚNIENIA SIWZ

Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku (Dz. U. 2017 r. poz. 1579 ze zm.) Prawo zamówień publicznych udziela następujących wyjaśnień treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Pytanie nr 1

Lp.5 Czy zamawiający dopuści do przetargu aparat z butlami umieszczonymi z tyłu w specjalnych uchwytach?

Odpowiedź

Nie. Zamawiający nie dopuszcza aparatu, który będzie posiadał butle umieszczone z tyłu w specjalnych uchwytach bez ich umieszczenia z tyłu za zamykanymi drzwiczkami.

Pytanie nr 2

Lp.16 Czy zamawiający dopuści do przetargu aparat bez awaryjnego prowadzenia wentylacji automatycznej przy braku dopływu gazów z sieci centralnej i butli?

Odpowiedź

Nie. Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie nr 3

Lp.19 Czy zamawiający dopuści do przetargu aparat z czujnikiem przepływu wielorazowego użytku przystosowanym do dezynfekcji?

Odpowiedź

Nie. Zamawiający nie dopuszcza. Zamawiający wymaga czujnika wielorazowego, który nie wymaga sterylizacji lub dopuszczony do sterylizacji parowej.

Pytanie nr 4

Lp.28 Czy zamawiający dopuści do przetargu aparat z automatycznym skalkulowaniem parametrów wentylacji po wprowadzeniu rodzaju pacjenta: dorosły, dziecko, noworodek?

Odpowiedź

Nie. Zamawiający nie dopuszcza. Zamawiający wymaga automatycznego skalkulowania i zaproponowania parametrów wentylacji, po wprowadzeniu wagi pacjenta.

z up. Dyrektora SPSK
Kierownik Działu Zamówień
Publicznych
Olimpia Jobda