

Zamawiający
Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny
im. prof. Adama Grucy CMKP
ul. Konarskiego 13
05-400 Otwock

Otwock, dnia 11 września 2018 r.

Do Wykonawców

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na

„Wykonanie jednorazowych przeglądów technicznych i związanych z nimi konserwacji mających na celu utrzymanie w pełnej sprawności techniczno eksploatacyjnej sprzętu medycznego znajdującego się na wyposażeniu SPSK im. Prof. A. Grucy CMKP w Otwocku”

Znak sprawy DZP.26.89/2018

WYJAŚNIENIA SIWZ

Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku (Dz. U. 2017 r. poz. 1579 ze zm.) Prawo zamówień publicznych udziela następujących wyjaśnień treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Pytanie nr 1

**Dot. zdolności technicznej lub zawodowej
wymogi dotyczą pakietów z grupy B**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę aby Wykonawca dysponował co najmniej jedną osobą posiadającą łącznie dwa z spośród trzech wymienionych punktów?:

- uprawnienia w zakresie konserwacji i kontrolno-pomiarowym dla urządzeń o napięciu 1 kV na stanowisku eksploatacji (świadcstwo kwalifikacyjne Grupy 1)
- kwalifikacje zawodowe w postaci odbytego szkolenia na typ sprzętu zawarty w tytule pakietu, na który składana jest oferta w zakresie serwisu tj. napraw i konserwacji i przeglądów , potwierdzone aktualnym certyfikatem lub zaświadczeniem
- doświadczenie zawodowe w zakresie serwisowania sprzętu, na który zostanie złożona oferta polegające na wykonaniu przeglądów lub napraw min. 2 urządzeń tożsamyh pod względem rodzaju z pakietem, na który wykonawca składa ofertę

Odpowiedź

Nie. Zamawiający nie wyraża zgody.

Jednocześnie zamawiający wyjaśnia, że w ramach wymogu dotyczącego odbytego szkolenia dla pakietów z grupy B dopuszczone są szkolenia wewnętrzne lub szkolenia prowadzone przez inne podmioty niż producent sprzętu.

z up. Dyrektora SPSK
Kierownik Działu Zamówień
Publicznych
Olimpia Jobda